

Fitxa tècnica



Prova AGREGACIONS A BAIXA CONC. D'INDUCTORS **Codi prova** LH00013232

ID 866

Responsable secció Dra. N. Vilalta/Dr. J. Mateo

Laboratori HEMATOLOGIA HEMOSTASIA PLASMÀTICA

Mètode Agregometria

Espècimen Sang citratada o Plasma pobre en plaquetes 1 Plasma ric en plaquetes

Volum 0,8 mL de plasma pobre en plaquetes

Condicions de transport: Arribar al laboratori en un temps màxim de 2 hores des de l'extracció a temperatura ambient.

Condicions d'obtenció: Obtenció per punció venosa directa i rebutjar els primer mil·lilitre.

Observacions:

Lliurament resultats (Consulteu laboratori)